

Certifikat o sukladnosti tipa

Certificate of Type Conformity

Broj / No: EMC 80160009

Proizvod: Mjerni terminal
Product:

Tip/model: MT-10SQ
Type/model

Podnositelj zahtjeva: IEL d.o.o.
Applicant: Froudeova 56, 10020 Zagreb

Proizvođač: IEL d.o.o.
Manufacturer: Froudeova 56, 10020 Zagreb

Primijenjene norme: EN 61326-1:2013
Related standards: EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2007+A1:2011
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Broj i datum izvještaja o ispitivanju: 21580EMC12025 (20.06.2012.)
Test report No and date of issue: 21580EMC16007 (26.01.2016.)

Ispitni izvještaj izdan od: KONČAR INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU d.d.
Test report issued by the: Fallerovo šetalište 22, p.p.202, 10002 Zagreb

ZAKLJUČAK:

Potvrđuje se da je proizvod sukladan zahtjevima navedenih normi i bitnim zahtjevima EMC direktive (2004/108/EC). Ovaj Certifikat omogućuje stavljanje CE znaka sukladnosti na proizvod ako su ispunjeni bitni zahtjevi svih direktiva koje se odnose na proizvod.

CONCLUSION:

The sample of the product is in accordance with requirements of the standards listed above and related EMC directive (2004/108/EC). This Certificate allows the marking of product by CE mark if requirements of all directives related to product are met.

Napomena:

Ovaj dokument je potvrda o sukladnosti pregledanog uzorka tipa proizvoda. Za sukladnost svakog proizvoda identične tipske oznake kao i pregledanog uzorka tipa proizvoda odgovoran je podnositelj zahtjeva.

Remark:

This document is a certificate of conformity of the examined sample of type. The applicant is responsible for conformity of product with the same type/model name..

Rok valjanosti:
Period of validity:

14.02.2019.

Mjesto i datum:
Place and date:

Croatia, Zagreb, 15.02.2016.

Ocjenitelj
Assessor


Saša Gros, dipl.inž.

M.P.
**KONČAR Institut za
elektrotehniku d. d.**
ZAGREB 12

Upravitelj SCERT-a
Head of SCERT Department


Sanda Kozlik, dipl.ing., MBA